

LUGOL NEITUM



INDICATIONS

Solution destinée à améliorer la visualisation des anomalies muqueuses lors d'examen endoscopiques.

Indications principales :

- Dépistage endoscopique du carcinome épidermoïde superficiel de l'œsophage
- Dépistage colposcopique du col utérin (Test de Schiller)
- La solution colore les cellules riches en glycogène.
- Les zones non colorées peuvent correspondre à des lésions suspectes.

Composition (Composition pour 100 mL)

Iode	2,1 g
Iodure de potassium	4,2 g
Eau pour préparation injectable (PPI) qsp	100 mL

Posologie

Endoscopie œsophagienne	1 à 2 ampoules
Colposcopie	1 ampoule

Mode d'administration

Usage en endoscopie et en colposcopie uniquement.

- Endoscopie : irrigation via cathéter spray, maximum 20 mL
- Colposcopie : application locale avec compresse imprégnée

Après usage :

- Jeter toute fraction inutilisée
- Ne pas réutiliser sur un autre patient

- **Ne pas injecter**
- **Ne pas avaler**

Iode

- Agent colorant antiseptique
- Se fixe sur le glycogène des cellules épithéliales
- Permet la visualisation des anomalies muqueuses
- Met en évidence les zones suspectes non colorées (lésions précancéreuses ou cancéreuses)

Iodure de potassium

- Permet la solubilisation de l'iode dans l'eau
- Stabilise la solution
- Facilite la diffusion homogène du produit

Eau PPI

- Solvant stérile
- Garantit la pureté et la stabilité pharmaceutique

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

- Risque de bronchospasme en endoscopie digestive (éviter pulvérisation proche de la bouche œsophagienne)
- Usage strictement unique
- Ne pas conserver une ampoule entamée
- Prudence chez patients à risque de réaction anaphylactique

Prudence chez patients présentant :

- Carence iodée
- Thyroïdite
- Hyperthyroïdie
- Thyroïdectomie partielle
- Jeune âge

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas de :

- Allergie à l'iode
- Grossesse
- Allaitement

En cas de doute, demander un avis médical.